9/2/[illegible]

PROGRAM TEMPERATURE INSTRUMENT # 2

Material: Polyphenyls

305 °C. Temp. Detector Oven at 74 Volts Variac. Recorder #3
290 °C. Temp. Inj. Block at 120 Volts Variac.
305 °C. Temp. Column Block at 75 Volts Variac. H.W.D. # 7
315 °C. Temp. Tube Lines at 26 Volts Variac. M.A.220
°C. Temp. Exit Lines at Volts Variac.
5 CM at 5 Psig Reference Side:
47 CM at 10 Psig Sample Side: Helium
Column Data: 1 meter 25% Apiezon L on Chromosorb W

Temperature Program: 205 °C. → 405 °C.
Column Voltage 0 → 110 Volts

0067930

1 RPH Drive
4 Minutes Hold:
12 Minutes Cool:

↑ Change to 150°C → 405°C
00 – 110V

9/2/[illegible]

TOWOLDMON0056741