PROGRAM TEMPERATURE INSTRUMENT # 2

Material: Santowax & Polyphenyl

305 °C. Temp. Detector Oven at 74 Volts Variac. Recorder # 3617
290 °C. Temp. Inj. Block at 120 Volts Variac.
305 °C. Temp. Column Block at 75 Volts Variac. H.W.D. # 718
315 °C. Temp. Tube Lines at 26 Volts Variac. M.A. 230
°C. Temp. Exit Lines at Volts Variac.
4.7 CM at 10.1 Psig Reference Side:
5.1 CM at 9.7 Psig Sample Side: Helium
Column Data: 2 (1 meter 25% Apiezon Grease L on Chromosorb #1 #117
#2 #118

Temperature Program: 205 °C. → 405 °C.
Column Voltage 0 → 110 Volts
1 RPH Drive
4 Minutes Hold:
12 Minutes Cool:

0067838